



معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: اعلام لیست کیت‌های تشخیص مواد مخدر و روان گردان مورد تایید اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، پیرو ابلاغ دستورالعمل انجام آزمایش‌های تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان در خصوص اجباری شدن انجام این آزمایش‌ها (مرفین، آمفتامین، مت‌آمفتامین) در آزمایشگاه‌های تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و استعمال این دانشگاه‌ها در خصوص کیت‌های مورد تایید برای اجرای این دستورالعمل، فهرست کیت‌های معتبر وارداتی و یا تولید شده در کشور (غربالی سریع و TLC) که از تاریخ 91/9/26 تا کنون مدارک فنی آنها تحویل آزمایشگاه مرجع سلامت شده و توسط این مرکز ارزیابی و از نظر کیفی مورد تایید می‌باشد، به شرح زیر به اطلاع می‌رسد. بدیهی است پرونده‌های فنی محصولات فوق‌الذکر مربوط به سایر شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده پس از دریافت، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و متعاقباً به طریق مقتضی به اطلاع آزمایشگاه‌های تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواهد رسید. همچنین برای اطلاع از لیست کیت‌های قابل قبول که قبلاً توسط این اداره کل مورد بررسی قرار گرفته به سایت آزمایشگاه مرجع سلامت مراجعه شود.

لازم به ذکر است که درمورد هر یک از محصولات موجود در این فهرست، باید به موارد زیر که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تعیین شده است توجه گردد.

الف- Cut off مورد قبول و عرض نوارهای تست غربالی برای کیت‌های تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان به شرح زیر می‌باشد:

1- مرفین، کدئین، متادون 300 ng/ml .

2- آمفتامین ، مت‌آمفتامین و اکستازی 500 ng/ml .

3- حشیش 50ng/ml و سایر موارد (ترامادول، بوپرنورفین) ترجیحاً 300 ng/ml می‌باشد.

4- عرض نوارهای تست غربالی 5 میلی متر قابل قبول می‌باشد.

ب- در خصوص استفاده از روش‌های TLC بخصوص در مورد کیت‌هایی که چند گروه دارویی نظیر مواد مخدر و روان گردان را هم زمان تشخیص می‌دهند و تحت عنوان کلی Multi TLC ارائه می‌شوند، رعایت کلیه نکات فنی مربوط به اجرای صحیح روش، تفسیر نتایج آزمایش و همچنین در صورت نیاز مشاهده هرگونه باند مزاحم در نزدیک باند اصلی که تفسیر نتایج را دشوار می‌نماید (استفاده از فازهای متحرک اختصاصی برای تفکیک و تشخیص هر گروه دارویی نظیر مخدر، روان گردان و... الزامی است).

ج- خرید و استفاده از کیت‌هایی که مورد تایید آزمایشگاه رفرانس این اداره کل نمی‌باشد اکیداً ممنوع است.

دکتر سعید مهدوی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان کرمانشاه
شماره ورودیه دفتر: ۱۵۵
تاریخ: ۹۲، ۵، ۹

شماره: 307/46
 تاریخ: 1392/01/27
 پوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



فهرست کیت‌های تشخیص مواد مخدر و روان گردان وارداتی و یا تولید شده در کشور (غربالی سریع و TLC) که از تاریخ 91/9/26 تا کنون مدارک فنی آنها تحویل آزمایشگاه مرجع سلامت شده و از نظر کیفی مورد تایید می باشد.

ردیف	نام محصول	کمیابی سازنده	کشور سازنده	شماره کاتالوگ	شماره ساخت/ تاریخ انقضا	شرکت وارد کننده/ تولید کننده
1	کیت Urine Adulteration در ادرار	ABON	چین	DUC-111	DUC009003 20012 10	ارم طب نور
2	کیت غربالگری تشخیص مرفین، آمفتامین، مت آمفتامین همراه با Adulterationm در ادرار	ABON	چین	DUD-134	DOA2060338 2014 05	ارم طب نور
3	کیت مولتی تشخیص غربالی (مت آمفتامین، حشیش، متادون، مرفین، ترامادول) به همراه Adulteration در ادرار	ABON	چین	DUD-154	DOA2050004 2013 11	ارم طب نور
4	کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1031	B 1101011 20140102	بهمدیکو
5	کیت غربالگری تشخیص کدئین در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1036	B 1101011 20140102	بهمدیکو
6	کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1032	B 1101011 20140102	بهمدیکو
7	کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1033	B 1101011 20140102	بهمدیکو
8	کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1034	B 1101011 20140102	بهمدیکو
9	کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1037	B 1101011 20140102	بهمدیکو
10	کیت غربالگری تشخیص ترامادول در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1035	B 1101011 20140102	بهمدیکو
11	کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار	بهمدیکو	ایران	B1039	B 1101011 20140102	بهمدیکو
14	کیت مولتی تشخیص کیت آمفتامین، مت- آمفتامین، مرفین، متادون، حشیش	Chemtron	چین	7004S	S201109996 20130928	فریار سید
15	کیت غربالگری تشخیص مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین - در ادرار	فراقن تشخیص	ایران	P157	F3-911615B 2014 06	فراقن تشخیص

کد پستی: ۱۱۳۴۸۵۷۶۴
<http://port.health.gov.ir>

آدرس: خیابان حافظ، تقاطع خیابان جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت
 تلفن: ۶۶۷۰۰۷۱-۹
 نمابر: ۶۶۷۲۷۷۳۱