



## چک لیست کشوری در مانگاه تخصصی داخلی

نام مؤسسه:

نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری:

بخش های مندرج در پروانه \* :

تلفن ثابت مرکز:

تلفن همراه مسئول فنی :

آدرس پستی و منطقه شهرداری:

تاریخ و ساعت بازدید :

محور	عنوان	شاخص اندازه گیری					توضیحات
		۰	۱	۲	ضریب	امتیاز	
مجوزها	پروانه بهره برداری معتبر است.				۴		مشاهده
	پروانه مسئول فنی معتبر است.				۴		مشاهده
	پروانه مطب معتبر پزشکان و مجوز اشتغال سایر پرسنل فنی وجود دارد				۲		وجود پروانه مطب معتبر کلیه پزشکان شاغل و مجوز فعالیت معتبر کلیه پرسنل پیراپزشکی مشاهده و بررسی
	در صورت وجود دیالیز، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک، برای هر کدام پروانه مسئولیت فنی معتبر وجود دارد.				۲		مشاهده پروانه معتبر مسئولین فنی بخش های پاراکلینیک مشاهده
نیروی انسانی	مسئول فنی معرفی شده حضور دارند.				۳		حضور مسئول فنی بر اساس پروانه صادره یا پزشک قائم مقام معرفی شده به معاونت درمان طبق آئین نامه مشاهده
	وضعیت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در درمانگاه، طبق آیین نامه مربوطه می باشد.				۳		حضور حداقل یک نفر پزشک عمومی در هرنوبت کاری - حضور یک نفر متخصص داخلی و یک رشته تخصصی دیگر (اختیاری) حداقل در دو نوبت کاری در طول هفته - حداقل یک پرستار و یک بهیار در کلیه نوبتهای کاری - حداقل یک نفر پیراپزشک براساس رشته های ارائه شده مشاهده و بررسی
	افراد فاقد صلاحیت اعم از پزشک و پرسنل درمانی در مرکز فعالیت نمی نمایند				۲		پزشکان و پرسنل فنی بدون مجوز، اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، دستیار-اعضاهیات علمی تماوقت و رسمی ارگانها در ساعات موظف مشاهده و بررسی
	آندوسکوپی، رکتوسیگموئیدوسکوپی و برونکوسکوپی توسط متخصصین ذیربط به شرط داشتن گواهی دوره مربوطه انجام می شود.				۲		مشاهده و بررسی

مراقبت و درمان	تجهیزات و ملزومات دیالیز (در صورت داشتن) و انجام آن تحت نظر متخصصین ذیربط انجام می شود.	۱	مشاهده و بررسی	وجود اتاق با حداقل مترائز ۲۰ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات و تاسیسات مربوطه (سیستم آب RO، ستها و فیلترهای مربوطه و ...)، تجهیزات ضروری جهت احیاء بیماران - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب
	خدمات مشاوره ای درمانی تخصصی مانند مشاوره متخصص قلب و عروق در درمانگاه انجام می شود.	۱	مشاهده و بررسی	وجود فضای فیزیکی مناسب - وجود تجهیزات لازم و مربوط به انجام تستهای تشخیصی درمانی با استاندارد لازم - دارابودن تهویه مطلوب و نور مناسب
	نوار قلب، اکو، تست ورزش و اسپیرومتری در درمانگاه انجام می شود.	۱	مشاهده و بررسی	وجود اتاق EKG، اتاق تست ورزش و اتاق اکوکاردیوگرافی و اسپیرومتری به صورت مجزا یا مشترک - وجود تجهیزات لازم، کپسول اکسیژن، داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار
	مشاوره روان پزشکی و روان شناسی در مواقع ضروری در درمانگاه انجام می شود.	۱	مشاهده و بررسی	وجود فضای فیزیکی با مترائز مناسب و مستقل با نورو تهویه مطلوب
	اندازه، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه استاندارد می باشد.	۲	مشاهده و بررسی	اندازه و تعداد تابلو مطابق با آئین نامه تابلو و سرنسخه سازمان نظام پزشکی - عناوین مندرج در تابلو مطابق با پروانه بهره برداری درمانگاه و عدم استفاده از عناوین کلینیک و یا پلی کلینیک
	عناوین بخشها در تابلو و سرنسخه، مطابق با بخشهای موجود در پروانه تاسیس می باشد (سرنسخه ضمیمه گردد)	۲	مشاهده و بررسی	عناوین مندرج در تابلو و سرنسخه مطابق با بخش های مندرج در پروانه بهره برداری درمانگاه
	کلیه بخشهای موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد (ذکر کلیه بخشها و تخصصهای فعال درمانگاه)	۱	مشاهده و بررسی	انطباق بخش های موجود و فعال در درمانگاه با بخش های موجود در پروانه تاسیس
آموزش، اطلاع رسانی و مدارک پزشکی	بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد.	۳	مشاهده و بررسی	عدم فعالیت بخش های خارج از پروانه تاسیس درمانگاه
	دفتر ثبت مشخصات جهت بیماران در واحد تزریقات و سرم تراپی وجود دارد.	۱	مشاهده و بررسی	ثبت نام و نام خانوادگی بیمار، سن، تاریخ و ساعت مراجعه، نام آمپول تزریقی و یا سرم، نوع تزریق، نام پزشک معالج، نام پرستار تزریق کننده
	برای تمامی بیماران پرونده تشکیل می شود.	۲	مشاهده و بررسی	ثبت نام و نام خانوادگی - سن - تاریخ و ساعت و علت مراجعه - اقدامات انجام شده - تشخیص بیماری - نام و مهر پزشک در پرونده بیمار - وجود برنامه نرم افزاری جایگزین
فضای فیزیکی	ساختار فیزیکی منطبق بر آخرین پلان و تایید شده توسط معاونت درمان دانشگاه می باشد	۱		مقایسه ساختار فیزیکی کنونی با نقشه تایید شده فضای فیزیکی در زمان تاسیس درمانگاه
	فضا و تجهیزات انجام آندوسکوپی، رکتوسکوپ و برونکوسکوپی برابر دستورالعمل می باشد		مشاهده و بررسی	وجود اتاق با حداقل مترائز ۱۲ متر مربع و به صورت مستقل - وجود رختکن بیماران - وجود تجهیزات لازم، کپسول اکسیژن،

داروهای اورژانسی و تجهیزات احیاء بیمار - دارای دیوار و کف قابل شستشو - دارا بودن تهویه مطلوب و نور مناسب - وجود فضای مجزا جهت شستشوی و ضدعفونی وسایل (حتی الامکان در نزدیکترین قسمت به اتاق آندوسکوپی) - استفاده از هود یا فن های قوی در محل شستشو و ضدعفونی							
بررسی مستندات مربوط به مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B	مشاهده مستندات	۱				سوابق مصونیت یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B جهت کلیه کارکنان شاغل وجود دارد	<b>پیشگیری و بهداشت</b>
تعویض به موقع safety box ( پس از پر شدن ۳/۴ safety box ) - درج تاریخ شروع استفاده بر روی safety box - نحوه OUT نمودن safety box	مشاهده و بررسی	۱				مدیریت پسماندهای نوک تیز و برنده (سفتی باکس) بصورت صحیح انجام می گردد	
وجود قرارداد دفع پسماند عفونی معتبر	مشاهده مستندات	۱				قرارداد حمل زباله عفونی با خدمات موتوری شهرداری وجود دارد	
وجود محلول های ضدعفونی سطوح کوچک و بزرگ - وجود محلول ضدعفونی سریع الاثر وسایل و تجهیزات - استفاده صحیح از محلولهای ضدعفونی	مشاهده و بررسی	۱				برای تمیز کردن کف و سطوح از محلول ضدعفونی کننده مناسب استفاده می گردد	
تمیز بودن بالش و تشک تخت و ترجیحا استفاده از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف جهت آن - تمیز بودن روانداز و در اختیار قراردادن ملحفه جهت استفاده از روانداز(پتو)	مشاهده و بررسی	۱				از ملحفه و روانداز تمیز و یکبار مصرف استفاده می شود	
وجود سطل های زباله درب دار پدالی به تعداد کافی - استفاده از کیسه زرد با آرم پرخطر جهت زباله های عفونی - استفاده از کیسه مشکی جهت زباله های غیر عفونی - تخلیه و شستشوی مرتب سطل های زباله	مشاهده	۱				سطل زباله درب دار و پدال دار با کیسه زباله زردرنگ جهت زباله های عفونی وجود دارد	
پاکسازی وسایل ست ها با برس و دترجنت مناسب - وجود شان و وسایل ست سالم ( عدم وجود آثار لک روی شان ها و زنگ زدگی ) - وجود تست اتوکلاو در هر ست و مستندسازی - وجود چسب OK روی ست ها و درج تاریخ استریل روی آنها - رعایت مدت استریلیتی ستها و وسایل	مشاهده و بررسی	۱				شرایط استاندارد جهت ست ها و پگ های استریل رعایت می شود.	
وجود نور کافی و تهویه مطلوب در فضاهای مختلف درمانگاه - مناسب بودن سیستمهای روشنایی و عدم استفاده از لامپهای آویز - وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب (غیر از بخاری گازسوز)	مشاهده و بررسی	۱				وضعیت نور ، تهویه و سیستمهای برودتی/حرارتی و رعایت اصول بهداشتی، مناسب می باشد	
مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع	مشاهده و بررسی	۱				دستورالعمل بهداشت دست به طرز صحیح رعایت می شود .	
وجود ترالی احیاء به صورت کامل و با چیدمان استاندارد مجهز به پریز برق - وجود داروهای اورژانس به طور کامل و با تاریخ معتبر - وجود چک لیست کنترل ترالی و داروها در هر نوبت کاری	مشاهده و بررسی	۲				ترالی کد اورژانس ، داروها و امکانات کامل احیا وجود دارد	

دستورالعمل داروهای پرخطر									
عدم وجود درواهای غیر اورژانسی و تاریخ گذشته در درمانگاه	مشاهده و بررسی	۱						دارو و یا وسایل مصرفی تاریخ گذشته و یا داروی غیراورژانسی وجود ندارد	<b>دارو و تجهیزات</b>
وجود کپسول اکسیژن آماده و ایمن به همراه مانومتر و ماسک اکسیژن یکبار مصرف و رعایت موارد کنترل عفونت	مشاهده و بررسی	۱						کپسول اکسیژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسک تمیز وجود دارد	
تأیید صحت عملکرد و امتحان دستگاه (D/C شوک ، ECG ، ساکشن و ... ) و انجام کالیبراسیون دوره ای کلیه دستگاههای موجود و وجود لیبل یا گواهی های مربوطه	مشاهده و بررسی	۱						دستگاه الکتروشوک و نوار قلب و ساکشن استاندارد وجود دارد	
وجود اتوکلاو استاندارد - وجود مستندات مربوط به کالیبراسیون اتوکلاو - وجود تست اسپور (هفتگی ) و بوویدیک (روزانه) و مستندسازی	مشاهده و بررسی	۱						جهت استریل کردن وسایل از اتوکلاو استاندارد استفاده می شود	
مطابق آیین نامه ابلاغی	مشاهده و بررسی	۱						حداقل تخت لازم برای تزریقات و سرم تراپی وجود دارد	
وجود آمبولانس یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی معتبر. ( نام آمبولانس خصوصی طرف قرارداد در قسمت توضیحات ذکر شود )	مشاهده و بررسی	۱						درمانگاه دارای آمبولانس و یا قرارداد با مراکز آمبولانس خصوصی می باشد	
وجود سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق وجود دارد	مشاهده و بررسی	۱						سیستم برق اضطراری و کپسول اطفاء حریق وجود دارد	
<b>وجود برچسب و مستندات شرکت انجام دهنده</b>	مشاهده و بررسی	۲						دستگاه های بخش های دیالیز، داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا سایر واحدهای پاراکلینیک کالیبره می باشند	<b>پاراکلینیک</b>
مشاهده نصب پروانه ها در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱						پروانه های معتبر تاسیس و مسئول فنی ، در معرض دید مراجعین نصب می باشند	<b>رعایت حقوق گیرندگان خدمت</b>
مشاهده نصب اتیکت شناسایی شامل نام خانوادگی و سمت ، توسط کلیه کارکنان درمانگاه	مشاهده	۱						پرسنل پزشکی و پیراپزشکی دارای اتیکت شناسایی می باشند	
مشاهده نصب برنامه پزشکان در تابلو اعلانات	مشاهده	۱						مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبتهای مختلف ، در تابلوی اعلانات درج می باشد	
مشاهده نصب دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات در معرض دید مراجعین	مشاهده	۱						دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات ، پوستر منشور حقوق بیمار و نحوه رسیدگی به شکایات نصب می باشد.	
انجام تبلیغات با اخذ مجوز لازم از سازمان نظام پزشکی - عدم وجود تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده	مشاهده و بررسی	۲						تبلیغات غیر مجاز و یا گمراه کننده وجود ندارد.	
مطابق دستورالعمل ابلاغی	مشاهده	۲						حفظ اصول محرمانگی ، حریم خصوصی و الزامات طرح انطباق رعایت می گردد.	

تعارفه های مصوب ابلاغی در معرض دید بیماران نصب است	تعارفه	۱	مشاهده	رؤیت نصب تعارفه ها در معرض دید مراجعین در سالن انتظار
تعارفه های مصوب ابلاغی ، رعایت می گردد.	تعارفه	۲	مشاهده و بررسی	بررسی مستندات(دفاتر پذیرش و...) مبنی بر رعایت تعارفه های مصوب ابلاغی

ایرادات مشاهده شده :		<b>نظریه کارشناس</b>
پیشنهاد اصلاحی و مداخلات قابل اجرا:		
ضمن دریافت یک رونوشت از گزارش متعهد می شوم ظرف مدت ..... نواقص تذکر داده شده طبق مفاد چک لیست فوق را برطرف نموده و گزارش اقدامات اصلاحی را به صورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه ناظر تحویل دهم .		
نام و نام خانوادگی بازدید شونده:	امضا و مهر	
نام و نام خانوادگی کارشناسان بازدید کننده :	امضا	امضا